

**Richiamo di lotti a titolo precauzionale
Ventolin 1,25 mg/2,5 mL, soluzione pronta all'uso per apparecchi aerosol
Lotti 17N001, 17K002, 17K001**

Per garantire la sicurezza dei pazienti, GlaxoSmithKline AG, di comune accordo con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, richiama in via precauzionale singoli lotti di Ventolin 1,25 mg/2,5 mL, soluzione pronta all'uso per apparecchi aerosol.

Il motivo di questo richiamo è una possibile contaminazione microbica durante il riempimento dei lotti effettuato in un intervallo di tempo ben preciso. GlaxoSmithKline AG richiama dal mercato in via puramente preventiva tutti i lotti riempiti in questo lasso di tempo.

Sono interessati i lotti seguenti:

- **17N001 con data di scadenza 12/2020**
- **17K002 con data di scadenza 09/2020**
- **17K001 con data di scadenza 09/2020**

Nell'immagine a lato è visibile dove si trovano il numero di lotto e la data di scadenza sulla scatola di cartone e sull'involucro del blister.



Numero di lotto (LOT) e data di scadenza (EXP) sono visibili in queste immagini (cornice rossa).

Se avete in uso una confezione di Ventolin 1,25 mg/2,5 mL, soluzione pronta all'uso per apparecchi aerosol, con i numeri di lotto indicati, siete pregati di riportarla dove l'avete acquistata (studio medico o farmacia) e contattare immediatamente il vostro medico per un'alternativa terapeutica.

Tutti gli altri lotti di Ventolin 1,25 mg/2,5 mL, soluzione pronta all'uso per apparecchi aerosol, e tutti gli altri prodotti Ventolin non sono interessati da questa misura e possono continuare a essere usati.

La sicurezza e la qualità dei nostri medicinali hanno per noi la priorità assoluta. Pertanto, desideriamo ringraziarvi in anticipo per la comprensione e scusarci per gli inconvenienti verificatisi.

In caso di ulteriori domande, rivolgetevi al nostro Servizio clienti (n. di telefono: 031 862 2121 / e-mail: swiss.customerservice@gsk.com)

GlaxoSmithKline AG